

*Projekt pn. „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych*

**Starostwo Powiatowe w Staszowie**  
ul. Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów  
**Znak sprawy: IZ-III.042.4.18.2020**

Staszów, dnia 23.10.2020 roku

Zamawiający – Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie odpowiada na pytania Wykonawców do Zapytania cenowego z dnia 20 października 2020 roku znak: IZ-III.042.4.18.2020 dot. dostawy **testów kasetkowych na obecność antygeny SARS-COV-2** dla potrzeb podmiotu leczniczego – SPZZOZ w Staszowie w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”.

**Pytanie 1 z dnia 21 października 2020 roku.**

1. Czy Zamawiający dopuści test do jakościowego wykrywania antygenów nukleoproteinowych wirusa SARSCoV-2, który jest konfekcjonowany po 20 testów w opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przedmiotowy test.

**Pytanie 2 z dnia 21 października 2020 roku.**

2. Czy Zamawiający dopuści test, w procedurze którego należy z próbki wyjmować wymazówkę, która pobierano materiał od pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3 z dnia 21 października 2020 roku.**

3. Czy Zamawiający dopuści test bez dodatniej i ujemnej kontroli zewnętrznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4 z dnia 21 października 2020 roku.**

4. Czy Zamawiający dopuści test o następujących parametrach:

Czułość diagnostyczna (Ct 20-37): 80,2% (73,9% - 85,3%)\*

Ogólna zgodność (Ct 20-37): 89,4% (85,7% - 92,2%)\*

*Projekt pn. „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych*

Swoistość diagnostyczna: >99,9% (97,7% - 100%)\*

\*95% przedział ufności

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5 z dnia 21 października 2020 roku.**

5. Czy Zamawiający dopuści test, który nie figuruje na liście testów rekomendowanych przez WHO (tylko dwa testy spełniają ten wymóg) aby znacząco nie ograniczać konkurencyjności i możliwości wzięcia udziału w postępowaniu firm mających w ofercie testy równoważne pod względem parametrów działania testu ale nie znajdujących się na liście EUL WHO? W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie testu, który nie ma statusu EUL WHO.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 1 z dnia 22 października 2020 roku.**

1. Czy Zamawiający dopuści test wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli wpisany na listę testów zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia WHO zgodny z załączoną metodyką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

  
STAROSTA  
Józef Żółciak